



VERMET VERIFICACIONES S.L.

C/ Dr. Cistare, 63, LOCAL 2-B

08225 - Terrassa (Barcelona)

Tel.: 930 42 40 56

eMail: info@vermet.es

Web: www.vermet.es

Organismo autorizado de verificación metrológica 02-OV-0023

Acreditado por ENAC con acreditación N°496/EI758

## CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE TOTALIZADOR DISCONTINUO (IPFA)

Fecha de verificación: 21/10/2025

Número de identificación: 2502910013234/00

Tipo de Verificación:	Periódica
Titular del Instrumento:	MONTEARAGUEÑA DE TRANSFORMACION SAT PASEO ESTACION, S/N, 45555 - MONTEARAGON - TOLEDO
Resultado de la Verificación:	<b>Conforme</b>
Lugar de la inspección	MONTEARAGUEÑA DE TRANSFORMACION SAT PASEO DE LA ESTACION S/N MONTEARAGON , T, 45555 - MONTEARAGON - TOLEDO

## IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO INSPECCIONADO

Tipo de Instrumento:	TOTALIZADOR DISCONTINUO		
Fabricante:	BASCULAS ROMERO		
Modelo:	BR-500PC		
Número de serie:	000101/23	Clase:	2
Max:	500 kg	Min:	4 kg
Σ Min:	20 kg	diti:	0,2 kg

### Certificado Expedido de acuerdo con:

*Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. Anexo II: Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático.*  
*Orden ITU/1475/2024, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida*

### Identificación y ubicación de los precintos

Contador de eventos: 3

Precintos: 02-OV-0532076 Conector células, 02-OV-0532075 Caja indicador, 02-OV-0532074 Caja indicador, 02-OV-0532073 Caja de sumas, 02-OV-0532072 Caja de sumas

El presente certificado tiene dos años de validez a partir de la fecha de verificación, siempre y cuando no se realice una operación de reparación o modificación sobre el instrumento que obligue a realizar una nueva verificación.

Emitido el 21/10/2025 por,

CABEZAS  
BURGUILLOS  
RAFAEL -  
50615286Z

Digitally signed by  
CABEZAS  
BURGUILLOS  
RAFAEL -  
50615286Z Date:  
21/10/2025

